

勘 误

应对 COVID-19 所需重点医疗器械名单及相关技术规格：临时指导文件，2020 年 11 月 19 日
(WHO/2019-nCoV/MedDev/TS/O2T.V2)

第 ii 页，第 34 行

- 删除： 3.3.4 带面罩的自充气复苏袋…………… 46
插入： 3.3.4 带面罩的自充气复苏袋（手动复苏器）…………… 46

第 vi 页，第 21 - 22 行

- 删除： 感谢 Riad Farah 和 Ziad Ghazali 提供封面照片，照片系于 2020 年 11 月 12 日摄于贝鲁特大学医学中心圣乔治医院。
插入： 感谢 Riad Farah 和 Ziad Ghazali 提供封面照片，照片系于 2020 年 11 月 12 日摄于贝鲁特大学医学中心圣乔治医院。
世卫组织感谢德国联邦卫生部对世卫组织 COVID-19 战略防范和应对计划（研究与发展）的支持。

第 vii 页，第 14 行

- 删除： CMR 色模抑制
插入： CMR 共模抑制

第 21 页，表，第 3 列，第 16 行

- 删除： 防过敏外科胶带，2.5×5 米
插入： 防过敏外科胶带，0.025×5 米

第 46 页，第 1 - 2 行

- 删除： 3.3.4 带面罩的自充气复苏袋
带面罩的自充气复苏袋
插入： 3.3.4 带面罩的自充气复苏袋（手动复苏器）
带面罩的自充气复苏袋（手动复苏器）

第 66 页，表 (4.3.1.2)，第 3 列，第 3 行

- 删除： 如果氧气高压输入口 (>35 磅/平方英寸)。
插入： 氧气高压输入口 (>35 磅/平方英寸)。

第 105 页，表(6.2.6)，第 3 列，第 7 行

删除: 电动或手动/脚踏便携式抽吸机/泵

插入: 电动手/脚操作便携式抽吸机/泵

第 113 页，表，第 3 列，第 18 - 19 行

删除: 样本处理量不低于每天 8 小时 20 个样本。生产商应准确说明检测限制（如有）。

插入: 样本处理量不低于每小时 20 个样本。生产商应准确说明检测限制(如有)。

第 122 页，表，第 2 列，第 3 - 4 行

删除: 2 号一次性无菌无袖带气管插管

插入: 2 号一次性无菌有袖带气管插管

第 122 页，表，第 2 列，第 5 - 6 行

删除: 2.5 号一次性无袖带无菌气管插管

插入: 2.5 号一次性有袖带无菌气管插管

第 122 页，表，第 2 列，第 7 - 8 行

删除: 3 号一次性无袖带无菌气管插管

插入: 3 号一次性有袖带无菌气管插管

第 122 页，表，第 2 列，第 9 - 10 行

删除: 3.5 号一次性无袖带无菌气管插管

插入: 3.5 号一次性有袖带无菌气管插管

第 124 页，表，第 2 列，第 3 - 4 行

删除: 4 号一次性无袖带无菌气管插管

插入: 4 号一次性有袖带无菌气管插管

第 124 页，表，第 2 列，第 5 - 6 行

删除: 5 号一次性无袖带无菌气管插管

插入: 5 号一次性有袖带无菌气管插管

第 132 页，表，第 3 列，第 37 行

删除: 带不可折叠光滑弹簧架的双耳装置。双支架胸片。

插入: 带不可折叠光滑弹簧架的双耳装置。双头胸片。

第 134 页，表，第 2 列，第 16 - 17 行

删除: 防过敏外科胶带，2.5 × 5 米

插入: 防过敏外科胶带，0.025×5 米

第 160 页，第 32 行

删除: - 正常运行时间按每年 25 个工作日（每周工作日）计算。

插入: - 正常运行时间按每年 250 个工作日（每周工作日）计算。

这些更正已纳入电子文件。